



منشور دورى رقم (١) لسنة ٢٠١٤

السيد الدكتور / وكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة

" ادارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الاجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك من جميع الأصناف المعقمه من:

- مستلزم طبي: Surgical gown
 - انتاج مصنع هاوس ميديكال
 - حيث ان المصنع متوقف عن انتاج المعقم منذ ٢٠١٠/٥/١٢ وبالتالي فانه تم انتاجها بدون رقابه او اشراف من وزارة الصحة وبدون التأكد من تطبيقها اشتراطات التصنيع الجيد
 - مع تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا فى وجود مفتشى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ، مع موافاتنا بالكميات التى تحرز وتاريخ ومكان الضبط والتحريز ، على أن يتم الاعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها مفتش من إدارة الصيدلة.
- ،،، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،



يعتمد،،،

رئيس

الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

د اهدى عبد الخالق

مدير وحدة المستلزمات الطبية

داهالة جمعة

٢٠١٤/١/٢٢

تحريرا في : / /



منشور دورى رقم (٢) لسنة ٢٠١٤

السيد الدكتور / وكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة

" ادارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الاجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك من الأصناف:

المنتج	رقم التشغيل
Ultra Burette set	13C03U

- انتاج شركة الترا للمنتجات الطبية . حيث أنها غير مطابقه من حيث البيروجين "العامل المحم" لمرتين متتاليتان
 - مع تسليم مندوب الشركة الأحرار بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا فى وجود مفتشى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ، مع موافاتنا بالكميات التى تحرز وتاريخ ومكان الضبط والتحريز ، على أن يتم الاعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها مفتش من إدارة الصيدلة.
- ،،، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مدير وحدة المستلزمات الطبية

د. هالة جمعة

٢٠١٤/٢/٢٠



يعتمد،،،

رئيس

الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

د. هدى عبد الخالق

تحريرا في: / /



منشور دورى رقم (٣) لسنة ٢٠١٤

السيد الدكتور / وكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة
" ادارة الصيدلة "

تحية طيبة وبعد

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الاجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك من جميع الأصناف:

- انتاج شركة ماتريكس هيلث كير حيث أنه تم انتاجها في مصنع غير مرخص من وزارة الصحة وغير حاصله على اخطارات تسجيل وبالتالي فإنه تم انتاجها بدون رقابه او اشراف من وزارة الصحة وبدون التأكد من تطبيقها اشتراطات التصنيع الجيد
 - و ذلك بعد عرض الموضوع على رئيس الاداره المركزيه للشئون الصيدليه وادارة الشئون القانونية بالادارة، والتوصية بذلك.
 - مع تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا فى وجود مفتشى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ، مع موافقتنا بالكميات التى تحرز وتاريخ ومكان الضبط والتحريز ، على أن يتم الاعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها مفتش من إدارة الصيدلة.
- ،،، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مدير وحدة المستلزمات الطبية

داهالة جمعة

د. ١٩٦٥
٢٠١٤/١٢/١٤

رئيس
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

داهدى عبد الحالى ١٤



تحريرا في: / /



منشور دورى رقم (٣) لسنة ٢٠١٤

السيد الدكتور / وكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة
" ادارة الصيدلة "

تحية طيبه وبعد

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الاجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك من جميع الأصناف:

- انتاج شركة ماتريكس هيلث كير حيث أنه تم انتاجها في مصنع غير مرخص من وزارة الصحة وغير حاصله على اخطارات تسجيل وبالتالي فانه تم انتاجها بدون رقابه او اشراف من وزارة الصحة وبدون التأكد من تطبيقها اشتراطات التصنيع الجيد
 - و ذلك بعد عرض الموضوع على رئيس الاداره المركزيه للشئون الصيدليه وادارة الشئون القانونية بالادارة، والتوصية بذلك.
 - مع تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا فى وجود مفتشى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ، مع موافاتنا بالكميات التى تحرز وتاريخ ومكان الضبط والتحريز ، على أن يتم الاعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها مفتش من إدارة الصيدلة.
- ،،، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مدير وحدة المستلزمات الطبية

داهالة جمعة

د. د. ١٩٦٥
٢٠١٤/١٢/١٤

تحريرا في : / /

رئيس
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

داهدى عبد الحالى ١٤





منشور دورى رقم (٤) لسنة ٢٠١٤

السيد الدكتور / وكيل وزاره للشئون الصحيه بمحافظة
" ادارة الصيدلة "

تحية طيبه وبعد


نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الاجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك من جميع الأصناف:

- انتاج شركة الصباحي لانتاج المستلزمات الطبية (صاب ميديكال) حيث أنه تم انتاجها في مصنع غير مرخص من وزارة الصحة وبالتالي فانه تم انتاجها بدون رقابه او اشراف من وزارة الصحة وبدون التأكد من تطبيقها اشتراطات التصنيع الجيد
 - و ذلك بعد عرض الموضوع على ادارة الشئون القانونية بالادارة، والتوصية بذلك.
 - مع تسليم مندوب الشركة الأحرار بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا فى وجود مفتشى الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية ، مع موافاتنا بالكميات التى تحرز وتاريخ ومكان الضبط والتحريز ، على أن يتم الاعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها مفتش من إدارة الصيدلة.
- ،،، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مدير وحدة المستلزمات الطبية
د.ع. د.ع. د.ع.
داهالة جمعة

رئيس
الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية

داهدى عبد الخالق



تحريرا في : / /



منشور دورى رقم (٥) لسنة ٢٠١٤

السيد الدكتور / وكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة
" ادارة الصيدلة "

تحية طيبه وبعد

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الاجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية وذلك جميع المستلزمات الطبية المعقمة والتي تم توريدها في الفتره من ٢٠١٣/٢/١٨ حتى ٢٠١٣/٩/١٦

- انتاج مصنع ام ايه ميديكال لتصنيع المستلزمات الطبية . حيث أنها منتجة في فترة غلق المصنع بناء على قرار اللجنة العليا للتفتيش نظرا لرصد عدة مخالفات
- مع تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا فى وجود مفتشى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ، مع موافقتنا بالكميات التى تم تحريزها وتاريخ ومكان الضبط والتحريز ، على أن يتم الاعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها مفتش من إدارة الصيدلة. ،،، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مدير وحدة المستلزمات الطبية
د.ع
٥١٤١٦/٤
داهالة جمعة



رئيس
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

داهدى عبد الخالق
١٤١٦٤

تحريرا في : / /

منشور دورى رقم (٦) لسنة ٢٠١٤

السيد الدكتور / وكيل وزاره للشئون الصحيه بمحافظة.....

" ادارة الصيدلة "

تحية طيبه وبعد

نرجو ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الاجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية للعبوات المقلدة من المستلزم الطبي Re nu ، تشغيله رقم BC055.2 ، تاريخ انتهاء الصلاحية : ٢٠١٦-٠٨ .

حيث ان العبوات الاصلية انتاج شركة بوش اند لومب و استيراد شركة قنديل للصناعة و التجارة و يمكن التفرقة بين العبوات الاصلية و العبوات المغشوشة للمستلزم المذكور كالاتى (و التى تم مراجعتها من قبل التفتيش الصيدلى بالدقهلية و مباحث التموين بالدقهلية فى وجود محامى شركة قنديل) :

وجه الاختلاف	العبوة الاصلية	العبوة المضبوطة
١- العبوة الخارجية	- الغلاف من الجنب مكتوب عليه تم التصنيع بواسطة بوش اند لومب (ميلانو - ايطاليا) - كتابة تاريخ الانتهاء بخط رفيع	- الغلاف من الجنب مكتوب عليه تم التصنيع بواسطة <u>بواسة</u> بوش (ميلانو - ايطاليا) - كتابة تاريخ الانتهاء بخط <u>سميك</u>
٢- العبوة الداخلية الزجاجية	زجاجة بلاستيكية ملصق بها ارشادات <u>بيضاء اللون فاتحة</u> الطباعة للرقم ١٢٠ مل بخط اسود <u>خفيف</u> . المسافة بين كلمة LOT و رقم التشغيل <u>صغيرة جداً و لا تتعدى ٠.٥٠</u>	زجاجة بلاستيكية ملصق بها ارشادات <u>رصاصى فاتح اللون</u> الطباعة للرقم ١٢٠ مل بخط اسود <u>غامق</u> المسافة بين كلمة LOT و رقم التشغيل <u>كبيرة حوالى ١.٥ سم</u>
٣- ورقة الارشادات الطبية	مكتوبة بخط اسود <u>باهت</u> الوجه المكتوب باللغة الانجليزية العناصر الأساسية مكتوبة بخط اسود ثقيل و ما تحتها بخط <u>اسود باهت</u> .	مكتوب بخط اسود <u>ثقيل</u> الوجه المكتوب باللغة الانجليزية العناصر الاساسية و ما

تحتها كلها بنفس درجة الخط اسود ثقيل - وجهين لبنى فاتح اللون واحدة مكتوب عليها R و الآخر L	- وجهين واحدة زرقاء اللون و الأخرى بيضاء اللون	٤- علبة حفظ العدسات
---	---	---------------------

مع الأخذ في الاعتبار نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة و الخاصة الواقعة في نطاق المحافظة مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذا المستلزم و ضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير و افادتنا بما تم.

،،، وفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

رئيس

الإدارة المركزية للشئون الصيدلية

د/هدى عبد الخالق
١٧/١٧/٢٠١٧

مدير وحدة

المستلزمات الطبية

د/هالة احمد جمعة
١٧/١٧/٢٠١٧



تحريرا في : /