

جلسة ٢٠١٧/٠٣/٣٠

✚ إيقاف السير في إجراءات تسجيل steel lancets المقدمة للتسجيل ولا يتم استقبال ملفات تسجيل جديد/إعادة/متغيرات لل Steel lancets اعتباراً من تاريخ هذه الجلسة نظراً لوجود بدائل أسهل وأقل ألماً وأقل عرضه للتلوث لأن المستلزم يتسبب في جرح أكبر من الأنواع الأخرى ومريض السكر لا تلتئم جروحه بسهولة استناداً لتوصية اللجنة العلمية المتخصصة للغدد الصماء والسكر بجلستها في ٢٠١٧/٠٣/٢٧

✚ الموافقة على توصية اللجنة العلمية المتخصصة وأمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية بجلستها في ٢٠١٧/٠٣/١٣ بشأن وجوب احضار الاتي لجميع المستلزمات المقدمة للتسجيل الجديد والمصنفة Class IIb , Class III & Implantable :  
Long- term Scientific Papers on Safety & Efficacy & Clinical Trials published in reputable journals  
وأفضلية إحضار سابقة أعمال (الأماكن التي سبق استخدام المستلزم فيها) في دول الإتحاد الأوروبي مع عدم وجوبها.

✚ تؤكد اللجنة على عدم جواز قيام أى شركة من تلقاء ذاتها باحضار عينات عشوائية لمستلزمات تخص شركات أخرى للمقارنة بينها وبين مستلزماتها.